



**УЛСЫН ХОЁРДУГААР
ТӨВ ЭМНЭЛЭГ**

13381 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг,
Энхтайваны өргөн чөлөө 49, Утас/Факс: (976) 7015 0308
И-мэйл: info@ssch.gov.mn, Вэб: www.ssch.gov.mn

**АЖ АХУЙ НЭГЖ
БАЙГУУЛЛАГУУДАД**

2025.12.25 № 2/1513
танай _____-ны № _____-т

Үнийн санал авах тухай

Тус эмнэлгийн яаралтай тусламж үйлчилгээг хэвийн доголдолгүй явуулах шаардлага үүссэнтэй холбоотой Зүрхний судсан дотуурх оношилгоо, эмчилгээний хэрэгслийн тасалдал үүсэх эрсдэл гарахаас сэргийлж худалдан авах ажиллагааг яаралтай зохион байгуулах зорилгоор Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийг үндэслэн шууд худалдан авалтын нийлүүлэлтийн саналыг авч байна.

Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл нийлүүлэх сонирхолтой аж, ахуй нэгж байгууллагууд үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Нэн шаардлагатай Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн үнийн саналыг 2025 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн дотор тус эмнэлгийн (info@ssch.gov.mn) цахим хаягаар болон бичгээр ирүүлнэ үү.

Хавсралт хуудастай

ЭМНЭЛЗҮЙ ХАРИУЦСАН
ДЭД ЗАХИРАЛ



Ц.ГАНЗОРИГ

20252289

БАТЛАВ:
УЛСЫН ХӨӨРДУГААР ТӨВ
ЭМНЭЛЭГИЙН ДЭД ЗАХИРАЛ
...../Ц.ГАНЗОРИГ/
13284 9077146
9024090350

№	Нэр төрөл	Техникийн тодорхойлолт	Тоо ширхэг
1	Гуяны дамжуулагч гуурс иж бүрдэлийн хамт	Гуяны дамжуулагч гуурс Introducer Интродюсер /Femoral sheath/ 6Fг, 7Fг, 8Fг хүртэл сонголттой, интродюсерийн урт нь 7 см ба 10 см эсвэл 11 см, 0.025 inch болон 0.035 inch-ийн чиглүүлэгч, 18G-ийн хатгалтын хурц зүү, хутгатай, 2.5 мл шприцтэй иж бүрдэл байх. Бусад оношилгоо, эмчилгээний хэрэгсэлтэйгээ уялдаж, саадгүй ашиглах боломжтой байх.	20
2	Чиглүүлэгч /пластмасс/	Оношилгооны зөөлөн hydrophilic бүрээстэй, үзүүрийн хэлбэр J tip болон angled tip -тэй чиглүүлэгч 0.035 * 200 см, 260 см-ийн өргөн сонголттой уян, харимхай чанар сайн, X гау –д тод харагдах чанар сайн, ашиглалтын үед судас цочроож спазм үүсгэдэггүй байх, гулгамхай чанар сайн байх, шаардлагатай бол загвар дээжийг турших	10
3	Чиглүүлэгч /төмөр/	Оношилгооны хатуу төмөр PTFE stiff guidewire, үзүүрийн хэлбэр J tip-тэй, X-гау – харагдах байдал тод 0.035*150см хэмжээстэй, судас цочроож спазм үүсгэдэггүй байх	15
4	Оношилгооны катетер / баруун/	Оношилгооны катетер /баруун/: Angiographic catheter /Right/ оношилгооны ангиографийн катетер, 4Fг, 5Fг, 6Fг сонголттой JR3.5, JR4.0, AR, Radial TIG II нугалрах мушгирах эрсдэл бага, удирдахад хялбар, X-гау – харагдах байдал тод, уян харимхай чанар сайн, - 100 см урттай байх	20

5	Оношилгооны катетер / зүүн /	Оношилгооны катетер /зүүн/: Angiographic catheter /Left/ оношилгооны ангиографийн катетер, 4Fг, 5Fг, 6Fг сонголттой JL3.5, JL4.0, AL, Radial TIG II нугалрах мушгирах эрсдэл бага, удирдахад хялбар, X-гау – харагдах байдал тод, уян харимхай чанар сайн, 100 см урттай байх	20
6	3 кранттай хаалт	3 хаалттай, Manifold, инвазив даралт холбох гуурс /High pressure extension tubing, Infusion set, control Syringes/	15
7	Монаметр	Манаометр 30 (атм) хүртэл даралт гаргах чадалтай, Y хэлбэрийн хаалтын хамт /Inflation Device/	20
8	PTCA эмчилгээний /титмийн/ чиглүүлэгч 0.014"-180см	Эмчилгээний 1-р эгнээний чиглүүлэгч: 0.014 * 180-190см үзүүр нь J эсвэл Straight гэсэн сонголттой, Hydrophilic бүрээстэй, уян, харимхай чанар сайн, үзүүр хэсгийн эрчлээс нь (spring coil) 20-28 см, X-гау –д тод харагдах чанар сайн (үзүүрийн рентген тодрол tip radiopacity 3-5 см, үзүүрийн жин 0.7g, - 1.0g), шаардлагатай бол загвар дээжийг турших.	45
9	Эмчилгээний катетер	Эмчилгээний катетер Guiding catheter /Left and Right/, 6Fг, 7Fг, 8Fг сонголттой, JL3.5, JL4.0, AL0.75, AL1, AL2, JR3.5, XBRCA 3.5, 4.0, JR4.0, JR4.5, AR0.75, AR1, AR2, Radial TIG II, Kimru, Q curve зэрэг төрөл тус бүрт сонголттой, нугалрах мушгирах эрсдэл бага, удирдахад хялбар, X-гау – харагдах байдал тод, уян харимхай чанар сайн, 100см урттай байх, шаардлагатай бол загвар дээжийг турших,	20
10	Өндөр даралтын тэлэгч баллоон	Жигд тэлэгдэх тэлэгч зонд, катетер судсанд болон стент суулгасны дараах тэлэлт хийхэд хэрэглэгдэх, катетрын урт 138-143см, баллон өргөн 2.75мм - 4.0мм, баллон урт 8.0мм-20.0мм, Тэлэгдэх дээд хэмжээ 20 атм, нарийсалтай судсанд нэвтрэх боломжтой;	5

БАТЛАВ:
УЛСЫН ХОЁРДУГААР ТӨВ
ЭМНЭЛЭГИЙН ДЭД ЗАХИРАЛ
...../Ц.ГАНЗОРИГ/



№	Нэр төрөл	Техникийн тодорхойлолт	Тоо ширхэг
1	Эмтэй стент 1	2.75 мм, 3.0 мм, 3.5 мм, диаметртэй, стентийн уртын хэмжээ 23 мм, 28 мм, 33 мм, 38мм эмтэй Everolimus, эсвэл Sirolimus эмэн бүрхүүлтэй, стентийн материал Cobalt chromium, флюорополимертэй, уян чанартай, гулгамтгай, нарийссан хэсгээр туулах чадвар өндөр, архаг бөглөрөлтэй, чихрийн шижин өвчтэй, цул алдах эрсдэл өндөртэй өвчтөн 1 жилийн дараа дахин нарийсах эрсдэл 0.5-0.7% байх, стентний бүрхүүл хууллахгүй, гэмтдэггүй байх, 10 жилээс дээш хугацаанд судлагдсан байх	23